



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2020) 皖检 XF 字 第 05856 号

产品名称 一次性平面口罩 Disposable Protective Mask
Product Name

受检单位 /
Inspected Body

委托单位 天长市亨大防护用品有限公司
Tianchang Hengda Protective Equipment Co., Ltd
Client

检验类别 委托检验 Entrusted Inspection
Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

检 验 报 告 TEST REPORT

No: (2020) 皖检 XF 字第 05856 号

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	一次性平面口罩 Disposable Protective Mask		型号规格 Model/Type	/	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	/		受检单位 Inspected Body	/	
委托单位 Client	天长市亨大防护用品有限公司 Tianchang Hengda Protective Equipment Co., Ltd		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	/		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共肆项【详见附页】 Four Items In Total, Please Refer To The Attached Page For Details		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常 No Abnormal Appearance	
检验日期 Test Date	2020.5.1—2020.5.6		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验 Entrusted Inspection	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	40 只
样品等级 Sample Grade	III 级	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2020.04.30
检验依据 Test Criteria	GB/T32610-2016				
检验结论 Test Conclusion	<p>该样品按 GB/T32610-2016 标准检验，所检项目合格。 The Samples Are Inspected In Accordance With GB / T32610-2016, And The Inspected Items Were Qualified.</p> <div style="text-align: right;">  (检验专用章) 签发日期: 2020年5月9日 </div>				
备注 Note	样品信息和外观照片见附页。 See Attached Page For Sample Information And Appearance Photo				

批准:
Approved by:

王玮

审核:
Audited by:

唐思思

主检:
Tested by:

张飞

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality,
Attached page of inspection report

No: (2020) 皖检 XF 字 第 05856 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称 Inspection Item Name	技术要求 Technical Requirement	检验结果 Test Result	单项判定 Single Judgment	检测方法 Test Method
/	/	III级	/	/	/
1	甲醛含量 (mg/kg) Formaldehyde Content	≤ 20	未检出 Not Detected	合格 Qualified	GB/T2912.1-2009
2	pH 值 PH Value	4.0 ~ 8.5	6.9	合格 Qualified	GB/T7573-2009
3	断裂强力 (N) Breaking Strength 口罩带 Earloop 口罩带与口罩体的连接处 The Connection Between The Earloop And The Mask Body	≥ 20 ≥ 20	46 22	合格 Qualified	GB/T13773.2-2008
4	过滤效率 (%) Filtration Efficiency 盐性介质 Saline Medium	≥ 90	97.4	合格 Qualified	GB/T32610-2016

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality,
Attached page of inspection report

No: (2020) 皖检 XF 字 第 05856 号

共 3 页 第 3 页

样品信息和外观照片 Sample Information And Appearance Photos :



以下空白

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或本单位公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
3. 报告无主检、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对监督性质的各类检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查，逾期不予受理。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。
6. 在收到报告一个月内在来我单位办理退样手续，逾期按无主处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 扫描检验报告封面上的二维码，可识别检验报告真伪。
8. 本注意事项以中文为准，解释权属于本单位。

检测地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 13 号、经济技术开发区天都路 33 号、包河区芜湖路 239 号、阜阳北路 238 号合肥燃气学院一楼、北城新区金岗大道与瑞丰路交汇处、滁州市来安县汊河经济开发区朝阳路 9 号。

业务联系电话：0551-63855622（建筑消防、节水排灌）、63356267（电子电器）、63355216（机械轻工）、63499510（食品化工）、63356420（纤维纺织）、62880812（黄金珠宝）、0550-2350071（轨道交通）。

网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratory's official stamps.
2. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.
3. The test report is invalid without the signature of master-testor, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the qr code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.